



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^η Υ.Π.Ε. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Αναρτητέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο
Site του Γ.Ν. Γρεβενών

Γρεβενά, 06/10/2017
Αριθμ. Πρωτ.:9987

Ταχ. Δ/ση : Περιοχή Στρατοπέδου
Ταχ.Κώδικας : 511 00 – Γρεβενά
Πληροφορίες : Δ. Χαρμπίη
Τηλέφωνο : 24623 50312
Fax : 24623 50344
e-mail : prom1@nosgrevenon.gr

Θέμα: « Διενέργεια 2^{ης} Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ CPV 33141420-0 για την ετήσια κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Γρεβενών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.810,30€ με Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005(ΦΕΚ 81/Α'/04-04-2005) « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το υπ' αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της 17^{ης} /03-12-2013 (θέμα 3^ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών σχετικά με την Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής.
3. Την υπ' αριθμ πρωτ.5588/07-06-2017 1^η Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ.
4. Τις υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές για την εργασία του θέματος, όπως τις κατέθεσε η ορισθείσα τριμελής επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. 2^η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ CPV 33141420-0 για την ετήσια κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Γρεβενών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.810,30€ με Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, προκειμένου το Νοσοκομείο μας να τις οριστικοποιήσει.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την σελίδα του Νοσοκομείου www.nosgrevenon.gr → διαδρομή ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και πληροφορίες στο Γραφείο Προμηθειών , τηλέφωνο 24623-50312.
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις –προτάσεις τους μέχρι την **11-10-2017 και ώρα 12:00μμ** στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom1@nosgrevenon.gr, καθώς και στο fax 2462 350344.
5. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
6. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
7. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Συνημμένα:
-πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	Γάντια χειρουργικά Μ.Χ. αποστειρωμένα, ανατομικά, με μακριά μανσέτα με ελάχιστο ολικό μήκος 300mm χωρίς ρεβέρ για να αποφεύγεται η αναδίπλωση του γαντιού, από φυσικό ελαστικό (latex), πουδραρισμένα ομοίμορφα να είναι ελεγμένα: α) για οπές σύμφωνα με την οδηγία EN 455-1 β) αντοχής σύμφωνα με την οδηγία EN 455-2 και γ) βιολογικής ασφάλειας (πρωτεΐνες-ενδοτοξίνες) σύμφωνα με την οδηγία EN 455-3. Η εξωτερική συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, στην εσωτερική συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ» σε όλα τα Νούμερα 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5. Αξιολόγηση βάσει δείγματος.	ZEYT	6.000	0,173/ZEYT	1.287,12€
2	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ	Χειρουργικά αποστειρωμένα γάντια ορθοπεδικά να έχουν τα χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των ορθοπεδικών επεμβάσεων, να έχουν πάχος 35-40 % μεγαλύτερο των λευκών χειρουργικών γαντιών, ελάχιστο ολικό μήκος 300 mm, χωρίς ρεβέρ στη μανσέτα για καλύτερη συγκράτηση και για να αποφεύγεται η αναδίπλωση του γαντιού, να προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια ενώ διατηρούν ταυτόχρονα την αίσθηση αφής σε υψηλά επίπεδα. Να έχουν αντίσταση στο σχίσμο και στην διάτρηση. Να έχουν αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια. Να φέρουν πιστοποίηση EN 455-1,2 και 3 . σε Νούμερα 7 - 7 ^{1/2} - 8 - 8 ^{1/2} . Αξιολόγηση βάσει δείγματος.	ZEYT	1000	0,715/ZEYT	886,60€

3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Υ, Μ.Χ., ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙ ΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	Γάντια χειρουργικά μ.Χ., αποστειρωμένα, ανατομικά, χωρίς πούδρα. Η εσωτερική επιφάνεια του γαντιού που έρχεται σε επαφή με το χέρι να είναι από συνθετικό (Non latex) υποαλλεργικό ύλικό. Να είναι ελεγμένα: α) για σπές σύμφωνα με την οδηγία EN 455-1β) αντοχής σύμφωνα με την οδηγία EN 455-2 και γ) βιολογικής ασφάλειας(πρωτεΐνες – ενδοτοξίνες) σύμφωνα με την οδηγία EN 455-3. Η εξωτερική συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, στην εσωτερική συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη "ΔΕΞΙΑ" & "ΑΡΙΣΤΕΡΑ".Νούμερα6,5-7- 7,5-8 και 8,5.	ΖΕΥΓΗ	100	0,164/ΖΕΥΓ	20,34€
4	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ ΕΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ	Γάντια αποστειρωμένα ειδικά για μαιευτική χρήση, από 100% φυσικό λάτεξ με ολικό μήκος 5000mm περίπου και ψηλή μανσέτα	ΖΕΥΓΗ	40	1,880/ΖΕΥΓ	93,25€
5	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΧ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	Γάντια εξεταστικά, αποστειρωμένα μ.χ. από φυσικό LATEXή διαλύματα φυσικά ή συνθετικού ελαστικού, με ελάχιστο μήκος μανσέτας 270mm, ελεφρώς πουδραρισμένα, να φέρουν πιστοποίηση EN 455-1, EN455- 2, EN 455-3, σε μεγέθη Small – Medium – large - X large	ΖΕΥΓ	6.500	0,12/ΖΕΥΓ	967,20€
6	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ ΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα από φυσικό λατέξ ή από συνθετικό λατέξ ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού, ελαφρώς πουδραρισμένα, με ελάχιστο ολικό μήκος 270 χιλ. μεγέθη Small – Medium – large - X large. Να είναι ανθεκτικά και να έχουν αντίσταση στο σκίσιμο. Αξιολόγηση βάσει δείγματος .	TMX	230.000	0,0189/TMX	5.390,28€
7	ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΝΑΥΛΟΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ ΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Γάντια διαφανή ναύλον μη αποστειρωμένα μιας χρήσεως	TMX	56.000	0,00215/TMX	149,30€
8	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ	Γάντια εξεταστικά νιτριλίου μη αποστειρωμένα, από συνθετικό	TMX			

	ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΚΑΙ ΛΑΤΕΞ)	υλικό νιτρίλιο. Να μην έχουν εσωτερική επίστρωση πούδρας, να μην περιέχουν αλλεργιογόνες πρωτεΐνες. Να είναι ανθεκτικά σε διαλύτες και λοιπά χημικά. Το ελάχιστο μήκος να είναι τουλάχιστον 240mm. Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη.		30.000	0,0273/TMX	1015,56€
--	---	--	--	--------	------------	----------

Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης θα πρέπει:

- Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά την χρήση τους απόλυτη προστασία από αντίστοιχη επιμόλυνση και για τον ασθενή και για τον χρήστη των γαντιών.
- Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην δημιουργούν ερεθισμούς στους χρήστες.
- Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε μειώνουν στο ελάχιστο τους βιολογικούς κινδύνους (π.χ. μολύνσεις, πυρετό, αλλεργικά φαινόμενα) που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά και οι οποίες είναι γνωστές, με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Οι εν λόγω ουσίες διακρίνονται σε:

1) Χημικές ουσίες όπως χημικά μέσα αποστείρωσης (βιοκτόνα) ή επικάλυψης, λιπαντικά, επιταχυντές πολυμερισμού κ.λ.π. οι οποίες ουσίες είτε προστίθενται είτε σχηματίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή την αποθήκευση και εμφανίζονται στο τελικό προϊόν.

2) Ενδοτοξίνες οι οποίες μπορούν να προέρχονται από βακτηριακή μόλυνση των πρώτων υλών του νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς και από το χειρισμό των γαντιών με τα χέρια.

3) Υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια οι οποίες συνήθως είτε προέρχονται από το λάτεξ του φυσικού ελαστικού ή από άλλα πολυμερή είτε προστίθενται κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. καζεΐνη) και οι οποίες μπορούν να παραληφθούν από το τελικό προϊόν με εκχύλιση σε υδατικό μέσο (Leachable proteins).

Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης πρέπει να ανταποκρίνονται:

Στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 455-1 σχετικό με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την ανίχνευση των οπών.

Στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ 455-2 που ορίζει τις απαιτήσεις και δίδει τις μεθόδους δοκιμών για τον έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε θραύση ανά τύπο γαντιού (εξεταστικά ή χειρουργικά) και υλικό κατασκευής.

Στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 455-3 που ορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας των ιατρικών μιας χρήσης και προβλέπει απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανσή τους.

Θα είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα (για τους τύπους γαντιών που προβλέπεται πούδρα) με ελάχιστη ποσότητα πούδρας κατάλληλης για την χρήση που προορίζονται. Απαγορεύεται να περιέχουν ή να είναι πουδραρισμένα με πυριτικό μαγνήσιο.

Τα ιατρικά γάντια θα πρέπει να φέρουν σήμανση ποιότητας CE η οποία τοποθετείται στα ιατρικά γάντια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΔΥ7/2480/1994 κοινή υπουργική απόφαση, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 93/42/Ε.Ε/14-6-1993. (να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά σήμανσης ποιότητας CE, στην ελληνική γλώσσα)

Τα ιατρικά γάντια πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της παραλαβής.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις διπλούν και υποβάλλεται στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Γρεβενών .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ